




BioDoc-It TS簡易操作說明 v1.0


(示意圖請見背面)



※注意事項：

- I. 如需過飽和警示，可按 **EXP WARN** 開啟此功能。
- II. 如需加註拍照日期時間，可按 **TIME STAMP**。
- III. 切勿以沾有EtBr之手及器具接觸儀器！欲切割gel時務必以玻璃板或選購之gel tray襯底以免劃傷UV燈箱！
- IV 如在使用中遇到任何問題，請撥免付費服務電話：**0800-251302 轉 儀器部**。

圖一：主機外觀



圖二：控制軟體介面

